Всемирная организация здравоохранения

ИСПРАВЛЕНИЕ

Перечень приоритетных устройств медицинского назначения для осуществления мер реагирования на COVID-19 и соответствующие технические характеристики: Временные рекомендации, 19 ноября 2020 г.

(WHO/2019-nCoV/MedDev/TS/O2T.V2)

Страница vi, строки 25–26

Исключить: ВОЗ благодарит Риада Фараха и Зиада Газали за предоставление фотографии, сделанной в больнице Святого Георгия, Университетский медицинский центр, Бейрут, 12 ноября 2020 г., которая была размещена на обложке. (IOMP): Abdalla Al-Haj, John Damilakis, Geoffrey Ibbott, Mahadevappa Mahesh, Madan Rehani.

Включить: ВОЗ благодарит Риада Фараха и Зиада Газали за предоставление фотографии, сделанной в больнице Святого Георгия, Университетский медицинский центр, Бейрут, 12 ноября 2020 г., которая была размещена на обложке. (IOMP): Abdalla Al-Haj, John Damilakis, Geoffrey Ibbott, Mahadevappa Mahesh, Madan Rehani.

ВОЗ выражает признательность Федеральному министерству здравоохранения Германии за поддержку в реализации ≪Стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19: научные исследования и разработки≫.

Страница vii, строка 14

Исключить:	OPLIB	отклонение режима цветового воспроизведения
Включить:	CMR	подавление синфазного сигнала

Страница 15, таблица 2 (Средства защиты), столбец 3, строка 5

Исключить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 2,5 × 5 м

Включить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 0,025 × 5 м

Страница 21, таблица 1, столбец 3, строка 25

Исключить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 2,5 × 5 м

Включить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 0,025 × 5 м

Страница 46, строки 1–2

Исключить: **3.3.4 Самонадувающийся реанимационный мешок с маской**

Самонадувающийся реанимационный мешок с маской

Включить: **3.3.4 Самонадувающийся реанимационный мешок с маской (ручной респиратор)**

Самонадувающийся реанимационный мешок с маской (ручной респиратор)

Страница 105, таблица 1 (6.2.6), столбец 3, строка 8

Исключить: Аспирационный аппарат/насос портативный электрический или с ручным/ножным управлением

Включить: Аспирационный аппарат/насос портативный электрический с ручным/ножным управлением

Страница 113, таблица, столбец 3, строка 22–23

Исключить: Скорость обработки образцов — не менее 20 образцов за 8-часовой день. Изготовитель должен точно указать ограничения испытаний, если таковые имеются.

Включить: Скорость обработки образцов — не менее 20 образцов в час. Изготовитель должен точно указать ограничения испытаний, если таковые имеются.

Страница 122, таблица, столбец 2, строка 3–7

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 2, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 2, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 122, таблица, столбец 2, строка 8–12

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 2,5, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 2,5, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 122, таблица, столбец 2, строка 13–17

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 3, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 3, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 124, таблица, столбец 2, строка 3–7

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 3,5, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 3,5, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 124, таблица, столбец 2, строка 8–12

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 4, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 4, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 124, таблица, столбец 2, строка 13–17

Исключить: Трубка эндотрахеальная, № 5, без манжеты, стерильная, одноразовая

Включить: Трубка эндотрахеальная, № 5, с манжетой, стерильная, одноразовая

Страница 136, таблица, столбец2, строка 15–18

Исключить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 2,5 × 5 м

Включить: Клейкая лента, хирургическая, гипоаллергенная, 0,025 × 5 м

Страница 160, строка 45–46

Исключить: – Время безотказной работы рассчитывается из расчета 25 операционных дней в году (рабочие дни в неделю).

Включить: – Время безотказной работы рассчитывается из расчета 250 операционных дней в году (рабочие дни в неделю).

Данные исправления были внесены в электронную версию документа.